

Het tpd-apparaat

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Inleiding

Bij u heeft een operatie van de bovenkaak plaatsgevonden. Om uw bovenkaak te verbreden heeft de kaakchirurg een tpd-apparaat (transpalatinale distractor) geplaatst. Deze folder geeft informatie over de werking en het gebruik van dit apparaat.

Behandeling

De kaakchirurg heeft op bepaalde plaatsen in de bovenkaak een botsnede gemaakt. Op het gehemelte wordt tpd-apparaat (transpalatinale distractor) aangebracht. Door aan dit apparaat te draaien wordt de bovenkaak langzaam breder en ontstaat een ruimte tussen de voortanden. Hierdoor verbreedt de bovenkaak. Na de verbreding krijgt het bot zijn natuurlijke sterkte terug.

Na de behandeling

Na de ingreep krijgt u een afspraak voor controle bij de kaakchirurg. Deze zal u dan uitleggen hoe u het tpd-apparaat moet uitdraaien. Dit is niet pijnlijk. Met een speciaal sleuteltje moet u de schroef van boven naar beneden uitdraaien tot een volgende kleurcode verschijnt. De orthodontist geeft aan wanneer de juiste verbreding is bereikt. Na ongeveer 4 tot 6 maanden wordt het apparaat onder plaatselijke verdoving verwijderd.

Informatie over de behandeling

Informatie over het herstel na een kaakcorrectie leest u in de folder kaakcorrectie. Heeft u deze niet gekregen? Vraag de folder aan de polikliniekassistente of aan uw kaakchirurg.

Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.

Vragen en contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op.

Op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur:

Telefoon 053 487 2720

Buiten deze tijden/spoed:

Telefoon 053 487 2000